

Cliente: **Lav.Lavajet**

Indirizzo: Via Laghetto,5

Città: **Novedrate**

Contatto: Sig. alessandro Barbieri

CO

CONDIZIONI DI TEST:

Data: 25/05/2020

Ora: **14,30**

Batterio usato:

Enterococcus Faecium ATCC6057

Tipo Lavatrice: **GIRBAU**

n° camere:

Prog. lavaggio n°: **5**

Tipo: **B & B**

Temperatura massima:

70° C

Tempo di contatto ad alta temperatura:

15 min

Tempo totale ciclo:

34 min

Detergenti: **Dual 100 OTT BLU', POWER ACTIV**

Additivi:

Candeggianti: **CRIOX 5 PMC n°20163**

Neutralizzanti **Neutrapur Forte**

RISULTATO ANALISI:

Concentrazione batterica iniziale	10^3	10^4	10^5	10^6
Eliminazione carica batterica	Si	Si	Si	Si

Commenti:

il procedimento di lavaggio è funzionale alla eliminazione della carica batterica